

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
EN LEEFMILIEU

Bericht aan alle betrokken partijen die optreden in het raam van de procedure bepaald door het koninklijk besluit van 2 juni 1987 houdende reglementering van de uitvoer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 februari 1988

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 februari 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1987, verduidelijkt de wijze waarop de mededeling van de gegevens die de overbrenging van de afvalstoffen onmiddellijk voorafgaat, aan de Minister moet geschieden. Krachtens de nieuwe bepalingen moet het afschrift van een behoorlijk ingevuld exemplaar van formulier nummer 3 ten minste drie werkdagen vóór de voorziene verzendingsdatum worden overgemaakt aan de bevoegde Belgische autoriteit waarvan het adres vermeld is in het Officieel Bericht verschenen in het *Belgisch Staatsblad* van 15 augustus 1987, bladzijden 12 269 en 12 270.

Deze maatregel werd vooral getroffen om de controle door de bevoegde autoriteiten gemakkelijker en efficiënter te maken.

Om de taak van de houder of van de vervoerder te vereenvoudigen, of om gemakkelijker het hoofd te kunnen bieden aan noodtoestanden of aan toestanden waarin een programmering van het vervoer drie werkdagen van te voren moeilijk of onmogelijk blijkt, voorzien de nieuwe bepalingen in de mogelijkheid gebruik te maken van moderne technieken van gegevensoverbrenging. Twee formules kunnen daartoe worden aangewend.

De eerste bestaat in het gebruik van een telekopieerapparaat (Telefax) : de informatie vermeld in exemplaar nummer 3 van het behoorlijk ingevuld formulier wordt onmiddellijk overgemaakt aan de Belgische autoriteit.

In dat geval moet het volgende nummer worden gebruikt : 02/210 47 04.

Voor de toepassing van de tweede formule moet de houder of de vervoerder de relevante informatie van exemplaar nummer 3 van het behoorlijk ingevuld formulier (met name de gegevens van de vakken 3, 8, 12, 17, 18, 23, 31 en 34) mededelen aan de Belgische autoriteit waarbij telkens melding wordt gemaakt van het nummer van het gebruikte formulier (vak 2); deze gegevens kunnen worden medegedeeld :

- ofwel per telex : nr. 25768;
- ofwel telefonisch : nrs. 210 46 75 (in het Frans en in het Duits);
- 210 46 76 (in het Nederlands).

Brussel, 4 maart 1988.

De Staatssecretaris voor Leefmilieu,
M. Smet.

Goedkeuring van een type van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1. van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

Het toestel voor radiologie met luminantieverstarker, gebruikt in de Siemens Lithostar, samengesteld uit :

- een hoogspanningsgenerator Polyphos 30 M voor een maximum spanning van 125 kV en een maximum hoeveelheid elektriciteit van 500 mA;

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DE L'ENVIRONNEMENT

Avis aux divers opérateurs intervenant dans le cadre de la procédure prévue par l'arrêté royal du 2 juin 1987 portant réglementation de l'exportation, de l'importation et du transit des déchets, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1988

L'article 3 de l'arrêté royal du 18 février 1988 modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1987, précise les modalités de la transmission auprès du Ministre de l'information qui précède immédiatement le transfert des déchets. Selon les nouvelles dispositions, la copie de l'exemplaire numéro 3 du formulaire dûment complété, doit être transmise trois jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'expédition des déchets à l'autorité belge compétente dont l'adresse figure dans l'avis officiel publié au *Moniteur belge* du 15 août 1987, pages 12 269 et 12 270.

La raison de cette mesure est pour l'essentiel de faciliter et de rendre plus efficace le contrôle qui incombe aux autorités compétentes.

Afin de simplifier la tâche du détenteur et du transporteur ou de mieux répondre à certaines situations d'urgence ou de situations dans lesquelles la programmation des transferts, trois jours ouvrables à l'avance, est difficile, voire impossible, les nouvelles dispositions prévoient la possibilité de faire usage de moyens modernes de transmission de l'information. A cet effet, deux formules sont utilisables.

La première fait appel au système du télécopieur (Téléfax) par lequel l'information contenue sur l'exemplaire numéro 3 du formulaire dûment complété, est directement transmise à l'autorité belge.

Dans ce cas, le numéro d'appel suivant doit être utilisé : 02/210 47 04.

Dans la seconde formule, qui exige du détenteur ou du transporteur d'extraire les informations pertinentes de l'exemplaire numéro 3 du formulaire dûment complété (à savoir les données figurant dans les cases 3, 8, 12, 17, 18, 23, 31 et 34) et de les transmettre à l'autorité belge en faisant chaque fois référence au numéro du formulaire utilisé (case 2), la transmission de ces informations peut avoir lieu :

- soit par télex en s'adressant au n° 25768;
- soit par téléphone en s'adressant aux nos 210 46 75 (langues française et allemande);
- 210 46 76 (langue néerlandaise).

Bruxelles, le 4 mars 1988.

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
M. Smet.

Approbation d'un type d'appareils à usage médical de radiations ionisantes, en application de l'article 51.1. de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes

L'appareil de radiologie avec amplificateur de luminance, utilisé dans le Siemens Lithostar, constitué de :

- un générateur haute tension Polyphos 30 M pour une tension maximale de 125 kV et une quantité d'électricité maximale de 500 mA;